

ATA JULGAMENTO DE PROPOSTAS

COTAÇÃO DE PREÇO Nº 03/2018

Associação Educacional e Caritativa - Hospital Regional São Paulo

Em 11 de maio, os integrantes da Equipe de Apoio reuniram-se para a realização da Cotação de Preço definida pelo Edital de Cotação nº 03/2018 – Convênio nº 834230/2016, para aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde, após esgotado o prazo para encaminhamento das propostas pelas empresas interessadas, procederam a avaliação dos documentos apresentados e do Relatório Técnico nº 020/2018, em anexo, fornecido pelo engenheiro clínico responsável, obedecendo o item “6.3.1. Serão analisadas as 02 (duas) primeiras propostas de menor valor, caso não se conclua a compra, serão analisadas as propostas subsequentes de menor valor”, concluindo que:

I – Mapa das propostas recebidas:

Item	Objeto	Qtd.	Valor Un. TR	Valor total TR	Anamed	Hospimetal	KSS	Linet
1.1	Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica	9	R\$ 8.500,00	R\$ 76.500,00	7.290,00	8.500,00	11.500,00	8.465,00

Item	Objeto	Qtd.	Valor Un. TR	Valor total TR	Medi Saúde	Meta Hosp.	RC	Vallitech
1.1	Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica	9	R\$ 8.500,00	R\$ 76.500,00	7.499,00	7.100,00	7.100,00	8.235,00

II- Em relação às exigências editalícias, foram desclassificas:

Item 1.1 – Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica. Quantidade: 09 unidades

Empresa: R.C. – Móveis LTDA. CNPJ: 02.377.937/0001-06.

Parecer Técnico: Em desacordo com o edital. Edital solicita que o equipamento deverá estar em conformidade com a 3ª edição da série IEC 60601 e deverá apresentar o Certificado de Conformidade com a NBR IEC 60601-2-52 e a empresa não apresentou o Certificado.



Empresa: Ana Maria Pires Belem – ME. (Anamed) CNPJ: 04.360.651/0001-43.

Parecer Técnico: Em desacordo com o edital. Edital solicita que o equipamento deverá estar em conformidade com a 3ª edição da série IEC 60601 e deverá apresentar o Certificado de Conformidade com a NBR IEC 60601-2-52 e a empresa não apresentou o Certificado.

Justificativa: Empresa não atendeu ao item 5 do edital. 5.2 letra(s) c e j. Conforme previsto em edital. 6.4 - Serão desclassificadas as propostas que: a) não atenderem às exigências deste edital.

Empresa: Medi-Saúde Produtos Médicos Hospitalares Eireli. CNPJ: 02.563.570/0001-15.

Parecer Técnico: Em desacordo com o edital. Edital solicita que o equipamento deverá estar em conformidade com a 3ª edição da série IEC 60601 e deverá apresentar o Certificado de Conformidade com a NBR IEC 60601-2-52 e a empresa não apresentou o Certificado.

Justificativa: Empresa não atendeu ao item 5 do edital. 5.3 letra(s) d. Conforme previsto em edital. 6.4 - Serão desclassificadas as propostas que: a) não atenderem às exigências deste edital.

III- Em relação às empresas classificadas, por item e ordem de classificação:

Item 1.1 – Cama Hospitalar Tipo Fowler Elétrica. Quantidade: 09 unidades

1ª Empresa: Meta Móveis de Metais Indústria e Comercio LTDA- CNPJ 01.866.388/0001-70

Valor de R\$ 7.100,00 (sete mil e cem reais) a unidade. Total: R\$ 63.900,00.

2ª Empresa: Vallitech Indústria e Comércio de Artefatos Metálicos LTDA. CNPJ: 01.987.265/0001-98.

Valor de R\$ 8.235,00 (oito mil duzentos e trinta e cinco reais) a unidade. Total: R\$ 74.115,00.

3ª Empresa: Linet do Brasil Comércio, Importação e Exportação de Produtos Médicos Hospitalares LTDA. CNPJ: 16.861.009/0001-27.

Valor de R\$ 8.465,00 (oito mil quatrocentos e sessenta e cinco reais) a unidade. Total: R\$ 76.185,00.

Nada mais havendo, a presente Ata vai rubricada e assinada pela diretora geral da entidade e pelos demais integrantes da equipe de apoio, abaixo identificados, devendo ser



divulgada, encaminhado por meio eletrônico às empresas participantes, e disponibilizada em seu sítio oficial.

Xanxerê, 14 de maio de 2018.




Neusa Lucio Luiz

Diretora Geral da Associação Educacional e
Caritativa – Hospital Regional São Paulo



Fábio Ivonei Lunkes

Diretor Administrativo da Associação
Educacional e Caritativa – Hospital
Regional São Paulo



Adriano Carlos Ribeiro

Instituto Santé



Erlon de Rocco

Technocare Engenharia Clínica



Patrícia Teixeira Vieira

Instituto Santé