

ATA JULGAMENTO DE PROPOSTAS RETIFICADA

COTAÇÃO DE PREÇO Nº 08/2017

Associação Educacional e Caritativa - Hospital Regional São Paulo

Em 21 de novembro, os integrantes da Equipe de Apoio reuniram-se para retificar a ata de Cotação de Preço definida pelo Edital de Cotação nº 08/2017 – Convênio nº 834230/2016, para aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde.

Após a manifestação e análise do recurso apresentado pela empresa KSS Comércio e Indústria de Equipamentos Médico LTDA., foi necessário retificar os tópicos, “II – Em relação às exigências editalícias, foram desclassificadas” e “III- Em relação às empresas classificadas, por item e ordem de classificação:”, nos termos que segue:

II - Em relação às exigências editalícias, foram desclassificadas:

Item 1.1 – Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica. Quantidade: 09 unidades

Empresa: Medi-Saúde Produtos Médicos Hospitalares EIRELI - ME. CNPJ: 02.563.570/0001-15

Parecer Técnico: Em desacordo com o edital. Edital solicita ajuste de elevação de altura mínima de 40 a 70 cm e o produto cotado apresenta de 0,55 m a 0,80 m conforme manual da Anvisa.

Empresa: RC Artigos e Equipamentos Hospitalares LTDA. CNPJ: 02.377.937/0001-06.


Parecer Técnico: Em desacordo com o edital. Edital solicita ajuste de elevação de altura mínima de 40 a 70 cm e o produto cotado apresenta de 538 mm a 735 mm conforme manual da Anvisa.

Empresa: D'aquino Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP. CNPJ: 08.839.778/0001-09.

Parecer Técnico: Em desacordo com o edital. Edital solicita ajuste de elevação de altura mínima de 40 a 70 cm e o produto cotado apresenta de 55 cm a 80 cm conforme proposta.

Empresa: Distribuidora Médico-Hospitalar Hospimetal LTDA. CNPJ: 00.017.436/0001-93.

Parecer Técnico: Em desacordo com o edital. Edital solicita ajuste de elevação de altura mínima de 40 a 70 cm e o produto cotado apresenta de 0,55 m a 0,80 m conforme proposta.



Justificativa: Empresa não atendeu ao item 5 do edital. 08/2017 – 5.2 – letra k. Conforme previsto em edital. 6.4 - Serão desclassificadas as propostas que: a) não atenderem às exigências deste edital.

Empresa: KSS Comércio e Indústria de Equipamentos Médico LTDA. CNPJ: 79.805.263/0001-28.

Parecer Técnico: Em desacordo com o edital. Edital solicita ajuste de elevação de altura mínima de 40 a 70 cm e o produto cotado apresenta de 510 mm a 850 mm conforme manual do usuário.

Empresa: Maquet do Brasil Equipamentos Médicos LTDA. CNPJ: 06.028.137/0002-11.

Justificativa: Empresa não atendeu ao item 5.1.3 do edital. 08/2017. Conforme previsto em edital. 6.4 - Serão desclassificadas as propostas que: a) não atenderem às exigências deste edital.

Item 1.2 – Sistema de Vídeo Laparoscopia/ Endoscopia Rígida. Quantidade: 01 unidade

Empresa: Astusmed Technology Comércio de Equipamentos Médicos EIRELI – ME. CNPJ: 11.247.845/0001-00.

Parecer Técnico: Em desacordo com o edital. Edital solicita no mínimo duas saídas DVI e conforme manual da Anvisa o produto cotado não apresenta saída DVI. Edital solicita cabeçote esterilizável em gás ou plasma e conforme manual da Anvisa o cabeçote cotado não pode ser esterilizado.


Justificativa: Empresa não atendeu ao item 5 do edital. 08/2017 – 5.1. Conforme previsto em edital. 6.4 - Serão desclassificadas as propostas que: a) não atenderem às exigências deste edital

Empresa: Confiance Medical Produtos Médicos S/A. CNPJ: 05.209.279/0001-31.

Parecer Técnico: Em desacordo com o edital. Edital solicita cabeçote esterilizável em gás ou plasma e conforme manual da Anvisa o produto cotado só pode ser esterilizado com solução de glutaraldeído.

Empresa: MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde LTDA. CNPJ: 07.519.095/0001-01.

Parecer Técnico: Em desacordo com o edital. Edital solicita garantia de 24 meses e na proposta consta 12 meses.



Justificativa: Empresa não atendeu ao item 5 do edital. 08/2017 – 5.1 e 5.2 – letra F. Conforme previsto em edital. 6.4 - Serão desclassificadas as propostas que: a) não atenderem às exigências deste edital

Empresa: HPF Surgical LTDA. CNPJ: 68.532.076/0002-82

Parecer Técnico: Em desacordo com o edital. Na proposta não constam as camisas endoscópicas solicitadas em edital.

Item 1.3 – Foco Cirúrgico de Solo Móvel. Quantidade: 01 unidade.

Empresa: Nazir Félix Neto – ME. - CNPJ: 13.200.879/0001-67.

Justificativa: A empresa não esta apta a participar do certame, pois a ANVISA não lhe concedeu a Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE). Deixando de preencher requisito indispensável a contratação e execução do objeto.

Item 1.4 – Eletrocardiógrafo. Quantidade: 01 unidade

Empresa: Alfa Med Sistemas Médicos LTDA. CNPJ: 11.405.384/0001-49.

Parecer Técnico: Em desacordo com o edital. Edital solicita exportação dos exames através de cartão de memória e na proposta não consta tal característica.

Empresa: Medicalway Equipamentos Médicos LTDA. CNPJ: 02.949.582/0001-82.

Parecer Técnico: Em desacordo com o edital. Edital solicita exportação dos exames através de cartão de memória e na proposta não consta tal característica.

III- Em relação às empresas classificadas, por item e ordem de classificação:

Item 1.2 – Sistema de Vídeo Laparoscopia/ Endoscopia Rígida. Quantidade: 01 unidade.

1ª Empresa: Stryker do Brasil LTDA. - CNPJ: 02.966.317/0002-93.

Valor de R\$ 243.320,05 (duzentos e quarenta e três mil, trezentos e vinte reais e cinco centavos) a unidade. Total: R\$ 243.320,05.

Item 1.3 – Foco Cirúrgico de Solo Móvel. Quantidade: 01 unidade.

1ª Empresa: KSS Comércio e Indústria de Equipamentos Médico LTDA. - CNPJ: 79.805.263/0001-28.

Valor de R\$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais) a unidade. Total: R\$ 12.400,00.

Item 1.4 – Eletrocardiógrafo. Quantidade: 01 unidade.

1ª Empresa: W&Z Comércio e Serviços Hospitalares LTDA. – CNPJ: 05.968.162/0001-31.

Valor de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a unidade. Total: R\$ 6.500,00.


Nada mais havendo, e mantidas as demais disposições a presente Ata Retificada vai rubricada e assinada pela Diretora Geral da entidade e pelos demais integrantes da equipe de apoio, abaixo identificados, devendo ser divulgada, encaminhado por meio eletrônico às empresas participantes, e afixada no mural da entidade.

Xanxerê, 21 de novembro de 2017.



Neusa Lucio Luiz

Diretora Geral da Associação Educacional e Caritativa – Hospital Regional São Paulo




Fabio Ivonei Lunkes
Diretor Administrativo da Associação Educacional e Caritativa – Hospital Regional São Paulo



Adriano Carlos Ribeiro

Instituto Santé



Erlon de Rocco

Technocare Engenharia Clínica



Patrícia Teixeira Vieira
Instituto Santé